Predictor STANDARD

Test de Embarazo

Predictor Standard es un test de embarazo diseñado para obtener resultado seguro en forma simple y rápida.
El test detecta la presencia de hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG), por encima de los niveles habituales, siendo éste el indicador principal del embarazo.
En sólo 3 minutos tendrás una respuesta confiable.
La sensibilidad de los reactivos de ***Predictor Standard*** permite confirmar el embarazo a tan sólo 10 días de la concepción, o sea aproximadamente unos 3 días antes de la fecha prevista para la próxima menstruación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Predictor Standard es un test de embarazo cualitativo basado en un método inmunocromatográfico en el que intervienen anticuerpos mono y policlonales, y un reactivo coloidal coloreado (oro coloidal). En esta reacción está involucrada la subunidad β de hCG, lo cual le confiere especificidad inmunológica al test.

Especificidad: No da reacción cruzada con LH (300 mUI/ mL), FSH (1000 mUI/ mL) y TSH (1000 µUI/ mL). No existe interferencia con otras sustancias presentes en la orina.

Sensibilidad: 25 mUI/ mL de hCG (contra standard internacional de la OMS)

Exactitud: Superior al 99 %.

Ensayo orientativo para la autodetección de Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) sin valor diagnóstico

INSTRUCCIONES DE USO

Lee atentamente la totalidad de las instrucciones antes de proceder a la evaluación del ensayo y síguelas expresamente.

A) Puedes realizar el test a cualquier hora del día, pero los resultados se verán más nítidos si lo haces con la primera orina de la mañana. De no ser así, deberás realizar el test con una retención mínima de 3 horas. Deposita una pequeña cantidad (no más de 1 cm de profundidad) de orina en el recipiente plástico contenido dentro de la caja (FIG. 1).

B) Abre el sobre de aluminio y toma la tira reactiva por su lado coloreado sin tocar la parte blanca.

C) Sumerge la parte blanca de la tira en el recipiente con orina durante 15 segundos.
Notarás que la orina comienza a ser absorbida por la tira, ascendiendo hacia la zona coloreada.

D) Coloca la tira sobre una superficie limpia y horizontal, con la parte impresa hacia arriba, a la vista. Casi de inmediato percibirás que la tira se colorea.

E) Controla el resultado a partir de 3 minutos, hasta un tiempo máximo de 10 minutos, luego de lo cual, los cambios que presente la tira no deben ser considerados.

COMO INTERPRETAR EL RESULTADO:

Si aparecen dos líneas, sin importar su tonalidad
POSITIVO (embarazo)
Consulta de inmediato a tu médico por tratamiento prenatal.

Si aparece solo una línea: **NEGATIVO** (no embarazo)
Si no aparece ninguna línea:
es posible que la tira no haya absorbido suficiente orina; sumerge nuevamente la tira lo antes posible.



FIG. 1



RESULTADO POSITIVO (dos líneas)



RESULTADO NEGATIVO (una línea)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Ciertas condiciones médicas tales como quistes ováricos o embarazos ectópicos pueden llevar a resultados incorrectos.
Luego de un parto el test puede arrojar resultados positivos falsos. La hCG también se encuentra aumentada en la enfermedad trofoblástica gestacional o mola hidatiforme.
También se puede obtener un falso positivo si se ha estado sometida a tratamiento de fertilidad, con hormonas o sufrido la pérdida de un embarazo en los últimos 15 días.
La hCG puede tener niveles bajos durante los primeros días del embarazo y por lo tanto el test puede arrojar falsos resultados negativos.
En caso de sospechar un embarazo reciente, el test debería repetirse dos días después del primer resultado.
Frente a cualquier duda, o frente a un resultado positivo, consulta a tu médico de inmediato.

CONTENIDO DEL ENVASE

El estuche de cartulina, contiene en su interior:

- 1 estuche de papel aluminio blanco, cerrado herméticamente, en cuyo interior hay 1 tira reactiva (para 1 test) y una bolsita absorbente de humedad para protegerla
- 1 recipiente para la recolección de orina
- 1 manual de instrucciones

Tanto el estuche de cartulina como el de aluminio tienen el número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el exterior

IMPORTANTE

- Cada tira sirve para un solo análisis.
- Controla la fecha de expiración impresa en el estuche antes de abrirlo.
- Conserva este test en lugar fresco y seco.

Bibliografía:

-Darrell T. Hulisz, Celeste M. Urbanski, USP Pharmacist, "Pharmacist are a vital resource for educating women on proper testing procedure to ensure accurate results" 1997
-Albertson P.C. and Chang T.S.K, J. Clin. Immunoassay, 6: 51 (1983)
-Deutsch S., J. Clin. Immunoassay, 6: 21 (1983)
-Khan, S.A., Qazi, M.H., and Diczfacusy, E.J., Endocrinol. Invest. T: 1-22 (1984)
-Uotila, M., Ruoslahti, E., and Engvall, E., J. Immunol. Methods, Vol. 42, 11 (1981)

LABORATORIOS HAYMANN S.A.

Gianelli 1489 - Montevideo - Tel 2924 5000 - www.haymann.com.uy/predictor - division.consumo@haymann.com.uy